

细胞遗传质量鉴定检测

Cell Line Authentication Service

STR 基因型检测报告

检测单位：睿必特生物科技（上海）有限公司

检品名称：细胞系

报告日期：2025-3-12



报告说明

1. 本报告只对送检的来样负责。
2. 检验报告上的检验结果和检验单位名称，未经同意不得用于广告、评优及商业宣传。
3. 对本报告有异议，请于收到报告之日起十五日内以书面方式提出，逾期不予受理。
4. 对纸质检验报告涂改、增删，或未加盖检验单位印章的复印件均无效。



样品信息

样品编号：

客户样本编号	公司编号
SW480	2025-3-12-H

样品数量：1

样品性状：细胞系

检测项目：STR

检测方法：用 Axygen 的基因组抽提试剂盒提取 DNA，采用 20-STR 扩增方案扩增，在 ABI 3730XL 型遗传分析仪上对 STR 位点和性别基因 Amelogenin 进行检测。



检测结果

(一) 检验基本情况

公司编号	多等位基因	匹配细胞系	细胞库	EV 值	匹配说明
2025-3-12-H	否	SW480	EXPASY	0.9796	基本匹配

样本基因型检验结果

- 多等位基因指三等位及以上基因现象。
- 本次检测各细胞分型结果良好。

(二) 各样本描述

- 2025-3-12-H：该株细胞 DNA 分型在细胞系检索中找到**基本匹配**的细胞系，ATCC 数据库显示细胞名为 **SW480**，细胞号对应 **CVCL_0546**。本次检测在该细胞系中**未发现多等位基因**。

备注：待测细胞系与收录于 ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN 数据库的细胞系 STR 数据进行比对，未收录于以上细胞库的细胞系将无法匹配。

Accession	C	Name	C	W	Marker	Score	Area	D5S192	D7S198	D21S12	D3S133	D5S818	D6S1042	D7S182	D8S1178	D12S1091	D15S11	D16S1131	D18S11	D19S1	D22S11	FGA	Y-PCA	Y-STR	TMR	TPGD	WGC
NA		Query	NA	NA	K	15.14	15.14	17.26	15	15	15.12	8	15	17	12	15	15	11.13	33.33.2	24	9.15	10	8	11	15		
CVCL_0546		SW480	99	97.6	8%	3	13.18	13.18	17.26	15	13	8	13	17	12	13	13	33.33.2	24	9.15	10	8	11	15			



(三) 样本分型结果

细胞 2025-3-12-H 的 STR 位点和 Amelogenin 位点的基因分型结果							
Loci	送检细胞 STR 信息			细胞库细胞 STR 信息			
	送检细胞名：SW480			细胞库细胞名：SW480			
	Allele1	Allele2	Allele3	Allele1	Allele2	Allele3	Allele4
D3S1358	15			15			
vWA	16			16			
D7S820	8			8			
CSF1PO	13	14		13	14		
Penta E	10			10			
D8S1179	13			13			
D21S11	30	30.2		30	30.2		
D16S539	13			13			
D2S1338	17	24		17	24		
Penta D	9	15		9	15		
D19S433	11	13		11	13		
TH01	8			8			
D13S317	12			12			
TPOX	11			11			
D18S51	13			13			
D6S1043	11	12					
AMEL	X			X			
D1S1656	13	14		13	14		
D5S818	13			13			
D12S391	17			17			
FGA	24			24			



其他说明

(一) 分型方案及位点分布

	方案 1	方案 2	方案 3	方案 4
1	D3S1358	D8S1179	D19S433	AMEL
2	vWA	D21S11	TH01	D1S1656
3	D7S820	D16S539	D13S317	D5S818
4	CSF1PO	D2S1338	TPOX	D12S391
5	Penta E	Penta D	D18S51	FGA
6			D6S1043	

实验方案及位点

(二) STR 数据库比对

本公司采用 EXPASY tools 进行细胞系比对，其中包含来自于 ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN 数据库的 2455 个细胞系 STR 数据。如果待检测细胞未收录于以上细胞库或这是自行建立的新细胞系将无法进行比对，用户需根据细胞分型结果自行与其他数据库进行比对。


签发日期：2025年3月12日




Sample Name

SQ


SW480



SW480



SW480



SW480

